


验收意见表


根据《广州南沙区环保水务局关于印发南沙区污染物自动监测系统自行验收工作指引的通知》，2021年6月17日，广州南沙口岸服务有限公司、广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司组织召开广州南沙综合保税区加工区污水处理站运营项目化学需氧量在线监测设备验收会议。与会代表考察项目现场，审阅相关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

1、经现场检查，广州南沙综合保税区加工区污水处理站运营项目化学需氧量在线监测设备（总排口：WS-30032-01，仪器型号：Photo Tek6000）符合安装规范。

2、建设单位委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于2021年6月3日对广州南沙综合保税区加工区污水处理站运营项目化学需氧量在线监测设备进行比对监测，监测报告编号为TCWY检字（2021）第0531021号，监测结果表明，质控样品测定比对合格。

验收组认为：本化学需氧量在线监测设备满足使用需求，排污口规范，相关管理制度完善，已与政府主管部门联网，同意通过验收。

验收专家组组长（签名）：

验收专家组成员（签名）：

2021年6月17日

表四

企业污染源自动监测设施现场验收表

资料 审核 情况	环保部门关于安装污染源自动监测设施批复的文件	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	排污口规范化及点位确认的文件	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	安装调试与试运行报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	联网报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	环境监测站比对监测报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
制度 制定 情况	仪器设备操作、使用和维护规程	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	岗位责任制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	定期校验制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	设备故障预防与处置制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
现场 检查	现场检查内容	判断	说明
	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	在线监测设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否有预处理设施、校准设施、防雷设施及自动清洗功能	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	手工监测孔开孔位置，监控平台设置是否能满足手工监测的需要	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有多级安全认证功能	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	现场数据与传输数据是否一致	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
验收 组 意 见	<p>同意验收，详见验收意见表。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长(签名) <i>陈凡</i></p> <p style="text-align: right;">2021 年 6 月 17 日</p>		